PROGNOSYS TIL 5500 sc

Undgå vedligeholdelse i sidste øjeblik

PROGNOSYS er et forebyggende diagnoseværktøj, der advarer om mulige instrumentfejl inden de opstår. Proaktiv forebyggende vedligeholdelse er således muligt. Få sikkerhed for om eventuelle ændringer i måleresultater skyldes instrumentfejl eller reelle ændringer i mediet.

PROGNOSYS

Måleindikator
Måleindikatoren overvåger instrumentets komponenter og advarer brugeren om kommende vedligeholdelses- og servicebehov, før målinger bliver tvivlsomme.

Serviceindikator
Serviceindikatoren viser antal dage indtil næste vedligeholdelses- eller servicebehov.

Tid til at planlægge vedligeholdelse inden målinger påvirkes

VEDLIGEHOLDELSE PÅKRÆVET



Måleindikator

Slope (kalibrering) uden for de tilladte grænser

Prøve kræver usædvanlig høj optisk kapacitet

For meget lys registreret ved aflæsning af prøven


Dårlig prøvekvalitet



Serviceindikator

Vedligeholdelse påkrævet for filtre, ventiler, pumper, slanger og andre sliddele

VEDLIGEHOLDELSE NÆRT FORESTÅENDE



Måleindikator

Kalibrering tæt på ikke-acceptabel

Prøve kræver mere optisk kapacitet end forventet

Høj lyseksponering under aflæsning af prøven

Tvivlsom prøvekvalitet



Serviceindikator

Vedligeholdelse forventes påkrævet inden for 90 dage for filtre, ventiler, pumper, slanger og andre sliddele

VEDLIGEHOLDELSE OK



Måleindikator

Kalibreringer ligger inden for de tilladte grænser

Den krævede optiske kapacitet ligger inden for et rimeligt område

Minimal eller ingen lyseksponering ved aflæsning af prøven

Prøve kan aflæses nøjagtigt



Serviceindikator

Vedligeholdelse ikke påkrævet inden for de næste 90 dage

Mange af de parametre og procedurer, der tages i betragtning for måleindikatoren, vil også blive vist via serviceindikatoren, hvis de tilhørende instrumentkomponenter kræver snarlig vedligeholdelse.

DOC053.58.30237.Apr15